# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
## Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

Добровольная ПЭ сертификация

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HE42.H00066

Срок действия с 13.08.2024 по 12.08.2027

№ 0044633

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** RA.RU.11HE42

Орган по сертификации продукции ООО "БалтСерт". Адрес: 198035, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ул Гапсальская, дом 5 литер А, этаж 1, помещение 16, офис 110. Телефон 8-812-309-1755, адрес электронной почты: balt-sert@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** «Боксы микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С» выпускаемые по ТУ 32.50.50-010-51495026-2020» в исполнениях согласно приложению №0017899. Серийный выпуск.

код ОК
32.50.50.190

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ Р 50444-2020; ГОСТ Р ЕН 12469-2010; ГОСТ IEC 61010-1-2014; ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014

код ТН ВЭД
8414600008
8414809000

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ЗАО «Ламинарные системы». ОГРН: 1027400882310, ИНН: 7415028920, КПП: 741501001. Адрес: 456313, РОССИЯ, г. Миасс, Челябинской обл., Тургоякское шоссе, стр. 2/4, телефон: +7(351) 255-255, адрес электронной почты: info@lamsys.ru.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ЗАО «Ламинарные системы». ОГРН: 1027400882310, ИНН: 7415028920, КПП: 741501001. Адрес: 456313, РОССИЯ, г. Миасс, Челябинской обл., Тургоякское шоссе, стр. 2/4, телефон: +7(351) 255-255, адрес электронной почты: info@lamsys.ru.

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокол испытаний № 003/В-13/08/24 от 13.08.2024 года, выданный Испытательной лабораторией "Тест-Контроль" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 1с

Руководитель органа — подпись — А.А. Белянин (инициалы, фамилия)

Эксперт — подпись — А.В. Никитин (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
## Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0017899

# ПРИЛОЖЕНИЕ

**К сертификату соответствия № РОСС RU.HE42.H00066**

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

| код ОК<br>код ТН ВЭД | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|---|---|
| 32.50.50.190 | БМБ-II-"Ламинар-С"-0,9 (NEOTERIC)<br>БМБ-II-"Ламинар-С"-1,2 (NEOTERIC)<br>БМБ-II-"Ламинар-С"-1,5 (NEOTERIC)<br>БМБ-II-"Ламинар-С"-1,8 (NEOTERIC)<br>БМБ-II-"Ламинар-С"-0,9 (SAVVY)<br>БМБ-II-"Ламинар-С"-1,2 (SAVVY)<br>БМБ-II-"Ламинар-С"-1,5 (SAVVY)<br>БМБ-II-"Ламинар-С"-1,8 (SAVVY)<br>БМБ-II-"Ламинар-С"-0,9 (SAVVY SL)<br>БМБ-II-"Ламинар-С"-1,2 (SAVVY SL)<br>БМБ-II-"Ламинар-С"-1,5 (SAVVY SL)<br>БМБ-II-"Ламинар-С"-1,8 (SAVVY SL)<br>БМБ-II-"Ламинар-С"-1,2 (NEOTERIC B2)<br>БМБ-II-"Ламинар-С"-1,5 (NEOTERIC B2)<br>БМБ-II-"Ламинар-С"-1,8 (NEOTERIC B2)<br>БМБ-II-"Ламинар-С"-1,2 (NEOTERIC B2 MOBILE)<br>БМБ-II-"Ламинар-С"-1,5 (NEOTERIC B2 MOBILE)<br>БМБ-II-"Ламинар-С"-1,2 (NEOTERIC VIS-A-VIS)<br>БМБ-II-"Ламинар-С"-1,5 (NEOTERIC VIS-A-VIS)<br>БМБ-II-"Ламинар-С"-1,8 (NEOTERIC VIS-A-VIS)<br>БМБ-II-"Ламинар-С"-1,2 (NEOTERIC CYTOS)<br>БМБ-II-"Ламинар-С"-1,2 (SAVVY CYTOS)<br>БМБ-II-"Ламинар-С"-1,2 (SAVVY SL CYTOS) | ГОСТ Р 50444-2020; ГОСТ Р ЕН 12469-2010; ГОСТ IEC 61010-1-2014; ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 |

Руководитель органа — подпись — А.А. Белянин (инициалы, фамилия)

Эксперт — подпись — А.В. Никитин (инициалы, фамилия)

Орган по сертификации продукции ООО «БалтСервис» Аттестат аккредитации RA.RU.11НЕ42 Для сертификатов

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «Б», ТЗ № 167